

LOT nr. 3
REACTIVE CLINICA ȘI HEMATOLOGIE
CHIMIE GENERALĂ PENTRU LABORATOR
Pentru anul 2026

REACTIVE CLINICA ȘI HEMATOLOGIE

Nr.	Denumirea bunurilor/ Serviciilor	Caracteristicile tehnice/ Cerințe	Unit. de măsură	Cantitate/Volum
1	DS/Diluent /	· certificatul de compatibilitate a reactivului cu analizatorul hematologic automat MINDRAY, · asistență tehnică:operatorul câștigător să prezinte certificatul de perfecționare a inginerilor ·forma de ambalare: recipient 20 l.	unități	13
2	ESR Solution Reagent	· certificatul de compatibilitate a reactivului cu analizatorul hematologic automat MINDRAY ·asistență tehnică:operatorul câștigător să prezinte certificatul de perfecționare a inginerilor forma de ambalare 1l*4 set	set	3
3	Soluție de spălare probe cleanser	· pentru curățirea și spălarea aparatului; ·certificatul de compatibilitate cu analizatorul forma de ambalare flacon 50ml ·asistență tehnică:operatorul câștigător să prezinte certificatul de perfecționare a inginerilor de la producătorul utilajului analizatorului hematologic automat MINDRAY;	unități	8
4	M-6 LD Lyse (1Lx4)	· certificatul de compatibilitate a reactivului cu analizatorul hematologic automat MINDRAY ·asistență tehnică:operatorul câștigător să prezinte certificatul de perfecționare a inginerilor forma de ambalare 1l*4 set	set	3
5	M-6 LH Lyse (1Lx4)	· certificatul de compatibilitate a reactivului cu analizatorul hematologic automat MINDRAY ·asistență tehnică:operatorul câștigător să prezinte certificatul de perfecționare a inginerilor forma de ambalare 1l*4 set	set	2
6	M-6 FD Dye (12mlx4)	· certificatul de compatibilitate a reactivului cu analizatorul hematologic automat MINDRAY ·asistență tehnică:operatorul câștigător să prezinte certificatul de perfecționare a inginerilor forma de ambalare 12ml*4 set	set	5
7	Material de control hematologic (set) BC-6D Control 6 x 4,5 ml Tri-pack (2L, 2N, 2H)	·pentru evaluarea rezultatului examinării realizate; ·certificatul de compatibilitate cu analizatorul · forma de ambalare: set control 3 nivele.Un set control conține 6 flacoane a câte 4,5 ml fiecare flacon. ·asistență tehnică:operatorul câștigător să prezinte certificatul de perfecționare a inginerilor de la producătorul utilajului analizatorului hematologic automat MINDRAY ;	set 6 x 4,5 ml	comanda conform ciclului 6 ori pe an

Pozițiile 1,2, 3, 4, 5, 6 - Reagenții și seturile de control pentru analizatorul hematologic automat MINDRAY BC-760 produs China să aparțină unuia și același producător.
Cu deservirea aparatului analizatorului hematologic automat MINDRAY, de către ingineri calificați în domeniu și prezentarea certificatului a perfecționare a inginerilor de la producătorul utilajului, atât cu scop profilactic cât și de reparație .

Lot nr. 4				
Chimie generală pentru laborator				
Nr.	Denumirea bunurilor/ Serviciilor	Caracteristicile tehnice/ Cerințe	Unit. de măsură	Cantitate/Volum
1	Fixator Metanol	·ambalajul: recipient cu volumul de la 500 ml pînă la 1000 ml.	ml	8000
2	Colorant Azur-Eozin Romanovschi	·ambalajul: recipient cu volumul de la 500 ml pînă la 1000 ml.	ml	8000
3	Ulei de imersie	·proprietăți: tip A; ·ambalajul: flacon 50 - 100ml; ·pentru microscopierea materialului examinat.	ml	300
5	Expres teste diagnostice pentru urină	·pentru analiza de rutină a urinei, expres teste; ·cu determinarea 5 parametri ; ·ambalaj: set a cîte 50 teste sau 100 teste.	teste	7000
6				
7	Albastru de metilen	·pentru colorarea frotiurilor ginecologice.	gr	50
8	Citrat de Natriu 5%	·pentru determinarea VSH.	gr	100

Cerințe generale:

- Confirmare precum produsul a fost produs în conformitate cu CE / ISO;
- certificat de origine pentru produs;
- confirmarea proprietăților calitative ale produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare
- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat; cu termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni.
- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat;

* prezenta rea de catre agentul castigator a certificatului de compatibilitate a reactivilor de la a producatorul utilajului

MINDRAY

*asistenta tehnica: Operatorul castigator sa prezinte certificatul de perfectionare a inginerilor de la producatorul utilajului

utilajului.Operatorul castigator se obliga pe parcursul anului sa efectueze calibrarea aparatului la necesitate ;

Sa efectueze la necesitate controlul profilactic PC MINDRAY .Sa repare aparatul hematologi automat in caz de defectiune sau alta cauza aparuta.

Material de control al Calitatii Extern pentru Hematologie / 4*3fl / pe an