

**LOTUL nr.5 Seturi de reagenti pentru cercetarea sistemului
de hemostaza pentru anul 2026**

REAGENTI P/U CERCETAREA SISTEMULUI DE HEMOSTAZA

Nr.	Denumirea bunurilor/ Serviciilor	Unit.de măsură	Cantitate/Volum
1	Protrombin liofilizat (set cu bufer de calciu)	ml	180
2	Fibrinogen (set 5 fl x 2 ml)	ml	80
3	Bufer imidazol (set 5 fl x 15 ml)	ml	100
4	Plazma control normal /nr.1 (4 parametri)	ml	36
5	Plasma control patologic /nr.2 (4 parametri)	ml	40
6	Cuve cu bara metalica (pina la 1,5 ml)	buc	2000

* Calibratorii ,standartele si reactivale trebuie să corespunda cu setul de reagenti.Pozitiile 1,2,3,4,5 ,6 să fie de la același producător .

- confirmare precum produsul a fost produs in conformitate cu CE sau ISO
- confirmarea proprietatilor calitative ale produsului,cu indicarea acestora in instructiunea de utilizare a produsului
- prezenta instructiunii de utilizare a produsului ,inclusiv si traducerea in limba de stat
- certificat de origine pentru produs
- cu inscriptiile normative privind denumirea produsului,lotul ,seria ,conditiile de pastrare si termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni
- operatorul castigator in timp de **5 zile** din momentul luarii deciziei sa asigure monstre p/u testare

*agentul castigator sa prezinte de la producatorul utilajului ,certificatul de compatibilitate a reactivelor cu coagulometrul semiautomat ClindiaG CA-02; Inginerii agentului castigator sa prezinte certificat de perfectionare de la producatorul utilajului;

Material de control al Calitatii Extern pentru Hemostaza 12fl*1ml / pe an

